

<b>Jansky - Jansky</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	494	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	66	13,36
Anzahl bestandener Prüfungen	428	86,64
Fehlerart		
a) Aufrahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	4	3,20
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	45	36,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	27	21,60
f) Standardabweichung zu hoch	31	24,80
g) Verschleppung zu hoch	18	14,40
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,031	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,065	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,036	
<b>Ultrasampler - Ultrasampler</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	3	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	3	100,00
Fehlerart		
a) Aufrahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,020	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,083	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,020	
<b>Jansky - Ultrasampler (Komet)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufrahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,016	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,008	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,072	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,002	

<b>Jansky - Ultrasampler (Optimate)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufrahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,017	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,107	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	
<b>Mitex I - Mitex I</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	70	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	9	12,86
Anzahl bestandener Prüfungen	61	87,14
Fehlerart		
a) Aufrahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	8	36,36
e) mittlerer Fehler zu hoch	7	31,82
f) Standardabweichung zu hoch	7	31,82
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,011	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,044	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,056	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,022	
<b>Jansky - Mitex I (Favorit)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufrahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,073	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,009	

<b>Jansky - Mitex I (Blitz)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	3	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	33,33
Anzahl bestandener Prüfungen	2	66,67
Fehlerart		
a) Aufrahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	33,33
f) Standardabweichung zu hoch	1	33,33
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,051	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,066	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,058	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,016	
<b>Jansky - Mitex I (Komet)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	4	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	25,00
Anzahl bestandener Prüfungen	3	75,00
Fehlerart		
a) Aufrahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	33,33
f) Standardabweichung zu hoch	1	33,33
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,076	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,129	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,088	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,012	
<b>Jansky - Mitex I (Optimate)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	61	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	7	11,48
Anzahl bestandener Prüfungen	54	88,52
Fehlerart		
a) Aufrahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	6	37,50
e) mittlerer Fehler zu hoch	5	31,25
f) Standardabweichung zu hoch	5	31,25
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,029	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,053	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,022	

<b>Mitex II - Mitex II</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	110	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	21	19,09
Anzahl bestandener Prüfungen	89	80,91
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	14	35,90
e) mittlerer Fehler zu hoch	8	20,51
f) Standardabweichung zu hoch	12	30,77
g) Verschleppung zu hoch	5	12,82
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,002	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,030	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,063	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,035	
<b>Jansky - Mitex II (Optimate)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	110	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	21	19,09
Anzahl bestandener Prüfungen	89	80,91
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	14	35,90
e) mittlerer Fehler zu hoch	8	20,51
f) Standardabweichung zu hoch	12	30,77
g) Verschleppung zu hoch	5	12,82
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,002	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,030	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,063	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,035	
<b>Mitex III - Mitex III</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	311	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	36	11,58
Anzahl bestandener Prüfungen	275	88,42
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	4	6,25
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	23	35,94
e) mittlerer Fehler zu hoch	12	18,75
f) Standardabweichung zu hoch	12	18,75
g) Verschleppung zu hoch	13	20,31
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,027	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,068	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,039	

<b>Jansky - Mitex III (Optimate)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	311	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	36	11,58
Anzahl bestandener Prüfungen	275	88,42
<b>Fehlerart</b>		
a) Aufnahmeproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	4	6,25
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	23	35,94
e) mittlerer Fehler zu hoch	12	18,75
f) Standardabweichung zu hoch	12	18,75
g) Verschleppung zu hoch	13	20,31
<b>Abweichungen</b>		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,027	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,068	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,039	