

Schwarte - Schwarte	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	322	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	30	9,32
Anzahl bestandener Prüfungen	292	90,68
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	1	2,08
b) technischer Fehler	2	4,17
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	13	27,08
e) mittlerer Fehler zu hoch	16	33,33
f) Standardabweichung zu hoch	5	10,42
g) Verschleppung zu hoch	11	22,92
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,059	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,090	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,051	
Ultrasamplern - Ultrasamplern	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	261	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	19	7,28
Anzahl bestandener Prüfungen	242	92,72
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	1	3,57
b) technischer Fehler	1	3,57
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	8	28,57
e) mittlerer Fehler zu hoch	12	42,86
f) Standardabweichung zu hoch	2	7,14
g) Verschleppung zu hoch	4	14,29
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,029	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,099	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,035	
Schwarte - Ultrasamplern (Jumbo)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,110	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	

Schwarte - Ultrasampller (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	46	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	6,52
Anzahl bestandener Prüfungen	43	93,48
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	40,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	40,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	20,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,007	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,025	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,091	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,026	
Schwarte - Ultrasampller (V2000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	151	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	9	5,96
Anzahl bestandener Prüfungen	142	94,04
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	1	8,33
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	16,67
e) mittlerer Fehler zu hoch	5	41,67
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	4	33,33
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,009	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,025	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,096	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,041	
Schwarte - Ultrasampller (V2005)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	62	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	7	11,29
Anzahl bestandener Prüfungen	55	88,71
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	9,09
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	4	36,36
e) mittlerer Fehler zu hoch	5	45,45
f) Standardabweichung zu hoch	1	9,09
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,011	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,036	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,112	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,017	

Schwarte - Ultrasampller (V6)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,031	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,080	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	
Ebnersampller - Ebnersampller	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	3	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	33,33
Anzahl bestandener Prüfungen	2	66,67
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	25,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	25,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	25,00
g) Verschleppung zu hoch	1	25,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,268	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,521	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,066	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,072	
Schwarte - Ebnersampller (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	100,00
Anzahl bestandener Prüfungen	0	0,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	25,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	25,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	25,00
g) Verschleppung zu hoch	1	25,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,870	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	0,017	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	

Schwarte - Ebnersampler (V2000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,033	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,107	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,009	
Universalprobenahme - Universalprobenahme	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,026	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,008	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,063	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,024	
Schwarte - Universalprobenahme (Jumbo)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,026	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,008	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,063	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,024	

Homtec - Homtec	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	32	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	4	12,50
Anzahl bestandener Prüfungen	28	87,50
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	11,11
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	3	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	22,22
f) Standardabweichung zu hoch	2	22,22
g) Verschleppung zu hoch	1	11,11
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,006	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,060	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,068	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,071	
Schwarte - Homtec (Jumbo)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,006	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,080	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	
Schwarte - Homtec (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	26	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	11,54
Anzahl bestandener Prüfungen	23	88,46
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	3	37,50
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	25,00
f) Standardabweichung zu hoch	2	25,00
g) Verschleppung zu hoch	1	12,50
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,008	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,066	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,065	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,077	

Schwarte - Homtec (Mega 700)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	5	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	20,00
Anzahl bestandener Prüfungen	4	80,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	100,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,017	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,083	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,007	
V4 - V4	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	22	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	6	27,27
Anzahl bestandener Prüfungen	16	72,73
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	14,29
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	14,29
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	5	71,43
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,034	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,024	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,098	
Schwarte - V4 (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	22	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	6	27,27
Anzahl bestandener Prüfungen	16	72,73
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	14,29
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	14,29
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	5	71,43
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,034	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,024	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,098	

V12 - V12	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,016	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,022	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,035	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,025	
Schwarte - V12 (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,016	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,022	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,035	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,025	
Schwarte-Jansky - Schwarte-Jansky	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	43	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	18,60
Anzahl bestandener Prüfungen	35	81,40
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	8	40,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	6	30,00
f) Standardabweichung zu hoch	6	30,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,014	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,055	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,084	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,027	

Ultrasampller - Ultrasampller	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	30	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	26,67
Anzahl bestandener Prüfungen	22	73,33
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	8	40,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	6	30,00
f) Standardabweichung zu hoch	6	30,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,018	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,065	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,093	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,019	
Schwarte-Jansky - Ultrasampller (Optimate)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	27	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	29,63
Anzahl bestandener Prüfungen	19	70,37
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	8	40,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	6	30,00
f) Standardabweichung zu hoch	6	30,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,018	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,068	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,093	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,019	
Schwarte-Jansky - Ultrasampller (V2000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	3	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	3	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,011	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,026	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,088	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,028	

Ebnersampler - Ebnersampler	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,107	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	
Schwarte-Jansky - Ebnersampler (Optimate)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,107	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	
Mitex III - Mitex III	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	12	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	12	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,025	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,059	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,029	