

Jansky - Jansky	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	469	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	74	15,78
Anzahl bestandener Prüfungen	395	84,22
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	9	6,16
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	54	36,99
e) mittlerer Fehler zu hoch	30	20,55
f) Standardabweichung zu hoch	37	25,34
g) Verschleppung zu hoch	16	10,96
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,053	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,068	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,046	
Ultrasampler - Ultrasampler	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,020	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,082	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,002	
Jansky - Ultrasampler (Komet)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,020	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,082	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,002	

Mitex I - Mitex I	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	52	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	5,77
Anzahl bestandener Prüfungen	49	94,23
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	40,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	20,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	20,00
g) Verschleppung zu hoch	1	20,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,022	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,061	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,024	
Jansky - Mitex I (Favorit)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,031	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,063	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	
Jansky - Mitex I (Blitz)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,027	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,090	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,024	

Jansky - Mitex I (Komet)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	4	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	4	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,018	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,097	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,011	
Jansky - Mitex I (Optimate)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	45	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	6,67
Anzahl bestandener Prüfungen	42	93,33
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	40,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	20,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	20,00
g) Verschleppung zu hoch	1	20,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,002	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,022	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,056	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,021	
Mitex II - Mitex II	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	83	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	15	18,07
Anzahl bestandener Prüfungen	68	81,93
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	3,23
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	12	38,71
e) mittlerer Fehler zu hoch	5	16,13
f) Standardabweichung zu hoch	7	22,58
g) Verschleppung zu hoch	6	19,35
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,039	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,063	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,046	

Jansky - Mitex II (Optimate)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	83	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	15	18,07
Anzahl bestandener Prüfungen	68	81,93
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	3,23
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	12	38,71
e) mittlerer Fehler zu hoch	5	16,13
f) Standardabweichung zu hoch	7	22,58
g) Verschleppung zu hoch	6	19,35
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,039	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,063	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,046	
Mitex III - Mitex III	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	332	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	56	16,87
Anzahl bestandener Prüfungen	276	83,13
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	8	7,27
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	40	36,36
e) mittlerer Fehler zu hoch	24	21,82
f) Standardabweichung zu hoch	29	26,36
g) Verschleppung zu hoch	9	8,18
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,060	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,071	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,049	
Jansky - Mitex III (Optimate)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	332	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	56	16,87
Anzahl bestandener Prüfungen	276	83,13
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	8	7,27
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	40	36,36
e) mittlerer Fehler zu hoch	24	21,82
f) Standardabweichung zu hoch	29	26,36
g) Verschleppung zu hoch	9	8,18
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,060	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,071	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,049	

Pro-Wam - Pro-Wam	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,002	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,093	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,009	
Ultrasampler - Ultrasampler	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,002	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,093	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,009	
Pro-Wam - Ultrasampler (Tiger)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,002	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,093	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,009	