

<b>Abnahmen - Gesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	1.339	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	195	14,56
Anzahl bestandener Prüfungen	1.144	85,44
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	1	0,28
b) technischer Fehler	13	3,67
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	124	35,03
e) mittlerer Fehler zu hoch	106	29,94
f) Standardabweichung zu hoch	67	18,93
g) Verschleppung zu hoch	43	12,15
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,043	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,084	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,081	
<b>ABO - ABO</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	177	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	40	22,60
Anzahl bestandener Prüfungen	137	77,40
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	3	3,90
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	25	32,47
e) mittlerer Fehler zu hoch	27	35,06
f) Standardabweichung zu hoch	19	24,68
g) Verschleppung zu hoch	3	3,90
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,009	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,039	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,095	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,041	
<b>Ultrasampller - Ultrasampller</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	103	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	23	22,33
Anzahl bestandener Prüfungen	80	77,67
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	2,38
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	13	30,95
e) mittlerer Fehler zu hoch	20	47,62
f) Standardabweichung zu hoch	8	19,05
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,015	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,037	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,114	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,014	

<b>ABO - Ultrasampler (V400)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,016	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,112	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,016	
<b>ABO - Ultrasampler (V500)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	11	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	9,09
Anzahl bestandener Prüfungen	10	90,91
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	50,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,026	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,024	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,112	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,007	
<b>ABO - Ultrasampler (V600)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	6	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	2	33,33
Anzahl bestandener Prüfungen	4	66,67
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	33,33
f) Standardabweichung zu hoch	2	33,33
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,013	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,044	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,111	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,008	

<b>ABO - Ultrasampller (V900)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,002	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,133	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	
<b>ABO - Ultrasampller (V1000)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	64	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	16	25,00
Anzahl bestandener Prüfungen	48	75,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	3,85
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	7	26,92
e) mittlerer Fehler zu hoch	15	57,69
f) Standardabweichung zu hoch	3	11,54
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,015	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,041	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,116	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,012	
<b>ABO - Ultrasampller (V1000 SE)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	10	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	30,00
Anzahl bestandener Prüfungen	7	70,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	33,33
f) Standardabweichung zu hoch	2	33,33
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,020	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,035	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,111	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,014	

<b>ABO - Ultrasampler (V80 Speed)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	9	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	11,11
Anzahl bestandener Prüfungen	8	88,89
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	50,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,025	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,106	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,030	
<b>Ebnersampler - Ebnersampler</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	30	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	26,67
Anzahl bestandener Prüfungen	22	73,33
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	6,25
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	6	37,50
e) mittlerer Fehler zu hoch	3	18,75
f) Standardabweichung zu hoch	6	37,50
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,018	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,029	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,098	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,043	
<b>ABO - Ebnersampler (V700)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,021	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,090	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,024	

<b>ABO - Ebnersampller (V1000)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	22	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	5	22,73
Anzahl bestandener Prüfungen	17	77,27
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	10,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	3	30,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	3	30,00
f) Standardabweichung zu hoch	3	30,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,019	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,030	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,085	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,031	
<b>ABO - Ebnersampller (V1000 SE)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	6	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	50,00
Anzahl bestandener Prüfungen	3	50,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	3	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	3	50,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,026	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,016	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,145	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,042	
<b>Typ II - Typ II</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	14	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	7,14
Anzahl bestandener Prüfungen	13	92,86
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	100,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,007	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,019	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,066	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,017	

<b>ABO - Typ II (V500)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	5	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	5	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,013	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,027	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,061	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,016	
<b>ABO - Typ II (V600)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	7	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	14,29
Anzahl bestandener Prüfungen	6	85,71
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	100,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,010	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,068	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,020	
<b>ABO - Typ II (V1000)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,016	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,011	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,073	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,005	

<b>Typ C - Typ C</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,018	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,075	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,040	
<b>ABO - Typ C (V700)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,018	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,075	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,040	
<b>Typ CSM/CSP - Typ CSM/CSP</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	28	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	28,57
Anzahl bestandener Prüfungen	20	71,43
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	6	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	4	22,22
f) Standardabweichung zu hoch	5	27,78
g) Verschleppung zu hoch	3	16,67
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,012	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,051	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,038	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,055	

<b>ABO - Typ CSM/CSP (V500)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,028	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,007	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,075	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,016	
<b>ABO - Typ CSM/CSP (V700)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	6	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	50,00
Anzahl bestandener Prüfungen	3	50,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	33,33
g) Verschleppung zu hoch	1	33,33
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,029	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,026	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,107	
<b>ABO - Typ CSM/CSP (V1000)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	20	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	5	25,00
Anzahl bestandener Prüfungen	15	75,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	5	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	4	26,67
f) Standardabweichung zu hoch	4	26,67
g) Verschleppung zu hoch	2	13,33
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,019	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,056	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,039	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,032	