

<b>Jansky - Jansky</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	492	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	63	12,80
Anzahl bestandener Prüfungen	429	87,20
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	5	4,67
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	41	38,32
e) mittlerer Fehler zu hoch	22	20,56
f) Standardabweichung zu hoch	19	17,76
g) Verschleppung zu hoch	20	18,69
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,032	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,070	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,031	
<b>Ultrasampler - Ultrasampler</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	4	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	25,00
Anzahl bestandener Prüfungen	3	75,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	100,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,007	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,005	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,087	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,020	
<b>Jansky - Ultrasampler (Komet)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,011	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,072	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,012	

<b>Jansky - Ultrasampler (Optimate)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	50,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	50,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	100,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,002	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,102	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,012	
<b>Ebnersampler - Ebnersampler</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	3	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	2	66,67
Anzahl bestandener Prüfungen	1	33,33
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	50,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,097	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,005	
<b>Jansky - Ebnersampler (Optimate)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	3	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	2	66,67
Anzahl bestandener Prüfungen	1	33,33
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	50,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,097	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,005	

<b>Mitex I - Mitex I</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	62	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	12,90
Anzahl bestandener Prüfungen	54	87,10
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	7	36,84
e) mittlerer Fehler zu hoch	4	21,05
f) Standardabweichung zu hoch	5	26,32
g) Verschleppung zu hoch	3	15,79
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,029	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,054	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,036	
<b>Jansky - Mitex I (Favorit)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,012	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,016	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,075	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,007	
<b>Jansky - Mitex I (Blitz)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,011	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,034	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,047	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,042	

<b>Jansky - Mitex I (Komet)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	3	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	3	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,013	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,026	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,054	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,035	
<b>Jansky - Mitex I (Optimate)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	55	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	14,55
Anzahl bestandener Prüfungen	47	85,45
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	7	36,84
e) mittlerer Fehler zu hoch	4	21,05
f) Standardabweichung zu hoch	5	26,32
g) Verschleppung zu hoch	3	15,79
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,030	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,053	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,037	
<b>Mitex II - Mitex II</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	98	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	16	16,33
Anzahl bestandener Prüfungen	82	83,67
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	8	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	6	25,00
f) Standardabweichung zu hoch	3	12,50
g) Verschleppung zu hoch	7	29,17
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,028	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,068	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,034	

<b>Jansky - Mitex II (Optimate)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	98	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	16	16,33
Anzahl bestandener Prüfungen	82	83,67
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	8	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	6	25,00
f) Standardabweichung zu hoch	3	12,50
g) Verschleppung zu hoch	7	29,17
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,028	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,068	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,034	
<b>Mitex III - Mitex III</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	325	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	36	11,08
Anzahl bestandener Prüfungen	289	88,92
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	4	6,56
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	24	39,34
e) mittlerer Fehler zu hoch	12	19,67
f) Standardabweichung zu hoch	11	18,03
g) Verschleppung zu hoch	10	16,39
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,033	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,073	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,029	
<b>Jansky - Mitex III (Optimate)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	325	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	36	11,08
Anzahl bestandener Prüfungen	289	88,92
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	4	6,56
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	24	39,34
e) mittlerer Fehler zu hoch	12	19,67
f) Standardabweichung zu hoch	11	18,03
g) Verschleppung zu hoch	10	16,39
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,033	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,073	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,029	

<b>Pro-Wam - Pro-Wam</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,113	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	
<b>Ultrasampler - Ultrasampler</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,113	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	
<b>Pro-Wam - Ultrasampler (Tiger)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>%</b>
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,113	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	