

Schwarte - Schwarte	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	255	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	21	8,24
Anzahl bestandener Prüfungen	234	91,76
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	3	8,57
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	9	25,71
e) mittlerer Fehler zu hoch	12	34,29
f) Standardabweichung zu hoch	8	22,86
g) Verschleppung zu hoch	3	8,57
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,040	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,100	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,031	
Ultrasampller - Ultrasampller	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	213	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	12	5,63
Anzahl bestandener Prüfungen	201	94,37
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	2	9,09
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	5	22,73
e) mittlerer Fehler zu hoch	9	40,91
f) Standardabweichung zu hoch	5	22,73
g) Verschleppung zu hoch	1	4,55
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,006	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,040	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,104	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,024	
Schwarte - Ultrasampller (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	41	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	2	4,88
Anzahl bestandener Prüfungen	39	95,12
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	25,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	50,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	25,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,005	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,024	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,093	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,021	

Schwarte - Ultrasampller (V2000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	122	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	6	4,92
Anzahl bestandener Prüfungen	116	95,08
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	10,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	20,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	4	40,00
f) Standardabweichung zu hoch	2	20,00
g) Verschleppung zu hoch	1	10,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,007	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,026	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,103	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,026	
Schwarte - Ultrasampller (V2005)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	49	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	4	8,16
Anzahl bestandener Prüfungen	45	91,84
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	12,50
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	25,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	3	37,50
f) Standardabweichung zu hoch	2	25,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,006	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,071	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,115	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,016	
Schwarte - Ultrasampller (V6)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,031	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,133	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	

Ebnersampller - Ebnersampller	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,032	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,019	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,110	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,005	
Schwarte - Ebnersampller (V2000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,032	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,019	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,110	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,005	
Universalprobenahme - Universalprobenahme	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,022	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,027	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,113	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,061	

Schwarte - Universalprobenahme (Jumbo)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,022	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,027	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,113	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,061	
Homtec - Homtec	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	27	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	29,63
Anzahl bestandener Prüfungen	19	70,37
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	8,33
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	4	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	3	25,00
f) Standardabweichung zu hoch	3	25,00
g) Verschleppung zu hoch	1	8,33
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,040	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,081	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,049	
Schwarte - Homtec (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	21	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	6	28,57
Anzahl bestandener Prüfungen	15	71,43
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	12,50
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	25,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	25,00
f) Standardabweichung zu hoch	2	25,00
g) Verschleppung zu hoch	1	12,50
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,006	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,034	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,087	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,053	

Schwarte - Homtec (Mega 700)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	6	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	2	33,33
Anzahl bestandener Prüfungen	4	66,67
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	25,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	25,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,033	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,045	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,061	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,025	
V4 - V4	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	9	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	11,11
Anzahl bestandener Prüfungen	8	88,89
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	1	100,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,008	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,025	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,069	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,065	
Schwarte - V4 (Jumbo)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	100,00
Anzahl bestandener Prüfungen	0	0,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	1	100,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,021	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	0,100	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	

Schwarte - V4 (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	8	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	8	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,007	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,026	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,090	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,017	
V12 - V12	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,007	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,028	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,058	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,012	
Schwarte - V12 (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,007	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,028	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,058	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,012	

Schwarte-Jansky - Schwarte-Jansky	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	166	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	19	11,45
Anzahl bestandener Prüfungen	147	88,55
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	3	7,50
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	16	40,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	7	17,50
f) Standardabweichung zu hoch	12	30,00
g) Verschleppung zu hoch	2	5,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,029	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,087	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,031	
Ultrasampler - Ultrasampler	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	93	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	12	12,90
Anzahl bestandener Prüfungen	81	87,10
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	2	8,33
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	10	41,67
e) mittlerer Fehler zu hoch	5	20,83
f) Standardabweichung zu hoch	7	29,17
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,007	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,032	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,095	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,022	
Schwarte-Jansky - Ultrasampler (Optimate)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	36	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	8,33
Anzahl bestandener Prüfungen	33	91,67
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	14,29
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	28,57
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	28,57
f) Standardabweichung zu hoch	2	28,57
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,012	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,031	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,098	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,021	

Schwarte-Jansky - Ultrasampller (V2000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	26	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	26	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,009	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,024	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,090	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,028	
Schwarte-Jansky - Ultrasampller (Tiger)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	26	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	9	34,62
Anzahl bestandener Prüfungen	17	65,38
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	5,88
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	8	47,06
e) mittlerer Fehler zu hoch	3	17,65
f) Standardabweichung zu hoch	5	29,41
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,040	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,099	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,016	
Schwarte-Jansky - Ultrasampller (V6)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,033	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,070	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,028	

Schwarte-Jansky - Ultrasampler (V2000 plus)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	3	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	3	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,014	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,101	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,015	
Ebnersampler - Ebnersampler	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,011	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,031	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,108	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,012	
Schwarte-Jansky - Ebnersampler (Optimate)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,011	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,031	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,108	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,012	

Mitex III - Mitex III	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	71	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	7	9,86
Anzahl bestandener Prüfungen	64	90,14
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	6,25
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	6	37,50
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	12,50
f) Standardabweichung zu hoch	5	31,25
g) Verschleppung zu hoch	2	12,50
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,025	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,076	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,038	