

Schwarte - Schwarte	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	244	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	16	6,56
Anzahl bestandener Prüfungen	228	93,44
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	3,85
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	7	26,92
e) mittlerer Fehler zu hoch	8	30,77
f) Standardabweichung zu hoch	3	11,54
g) Verschleppung zu hoch	7	26,92
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,002	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,025	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,097	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,042	
Ultrasampler - Ultrasampler	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	211	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	12	5,69
Anzahl bestandener Prüfungen	199	94,31
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	4,76
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	5	23,81
e) mittlerer Fehler zu hoch	7	33,33
f) Standardabweichung zu hoch	3	14,29
g) Verschleppung zu hoch	5	23,81
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,024	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,100	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,042	
Schwarte - Ultrasampler (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	37	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	2,70
Anzahl bestandener Prüfungen	36	97,30
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	1	33,33
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	33,33
f) Standardabweichung zu hoch	1	33,33
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,024	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,096	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,023	

Schwarte - Ultrasampller (V2000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	128	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	8	6,25
Anzahl bestandener Prüfungen	120	93,75
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	7,69
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	15,38
e) mittlerer Fehler zu hoch	4	30,77
f) Standardabweichung zu hoch	1	7,69
g) Verschleppung zu hoch	5	38,46
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,024	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,096	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,051	
Schwarte - Ultrasampller (V2005)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	45	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	6,67
Anzahl bestandener Prüfungen	42	93,33
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	40,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	2	40,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	20,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,007	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,024	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,116	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,016	
Schwarte - Ultrasampller (V6)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,036	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,090	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	

Ebnersampller - Ebnersampller	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,008	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,003	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,107	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,005	
Schwarte - Ebnersampller (V2000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,008	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,003	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,107	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,005	
Universalprobenahme - Universalprobenahme	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,035	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,002	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,098	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,002	

Schwarte - Universalprobenahme (Jumbo)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,035	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,002	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,098	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,002	
Homtec - Homtec	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	18	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	16,67
Anzahl bestandener Prüfungen	15	83,33
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	25,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	1	25,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,012	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,033	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,086	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,022	
Schwarte - Homtec (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	15	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	20,00
Anzahl bestandener Prüfungen	12	80,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	1	25,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	1	25,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,014	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,036	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,088	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,024	

Schwarte - Homtec (Mega 700)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	3	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	3	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,010	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,078	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,011	
V4 - V4	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	9	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	11,11
Anzahl bestandener Prüfungen	8	88,89
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	1	100,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,008	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,030	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,050	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,039	
Schwarte - V4 (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	9	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	1	11,11
Anzahl bestandener Prüfungen	8	88,89
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	1	100,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,008	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,030	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,050	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,039	

V12 - V12	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,045	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,040	
Schwarte - V12 (Jumbo Max)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,003	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,045	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,040	
Schwarte-Jansky - Schwarte-Jansky	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	222	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	31	13,96
Anzahl bestandener Prüfungen	191	86,04
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	2,04
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	20	40,82
e) mittlerer Fehler zu hoch	11	22,45
f) Standardabweichung zu hoch	8	16,33
g) Verschleppung zu hoch	9	18,37
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,038	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,080	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,043	

Ultrasampller - Ultrasampller	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	124	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	19	15,32
Anzahl bestandener Prüfungen	105	84,68
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	11	34,38
e) mittlerer Fehler zu hoch	7	21,88
f) Standardabweichung zu hoch	7	21,88
g) Verschleppung zu hoch	7	21,88
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,046	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,085	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,052	
Schwarte-Jansky - Ultrasampller (Optimate)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	35	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	3	8,57
Anzahl bestandener Prüfungen	32	91,43
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	50,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	1	25,00
g) Verschleppung zu hoch	1	25,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,001	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,020	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,076	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,074	
Schwarte-Jansky - Ultrasampller (V2000)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	42	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	6	14,29
Anzahl bestandener Prüfungen	36	85,71
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	2	22,22
e) mittlerer Fehler zu hoch	3	33,33
f) Standardabweichung zu hoch	1	11,11
g) Verschleppung zu hoch	3	33,33
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,009	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,028	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,082	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,046	

Schwarte-Jansky - Ultrasampller (V2005)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	1	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	1	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,040	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,000	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,020	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,000	
Schwarte-Jansky - Ultrasampller (Tiger)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	40	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	10	25,00
Anzahl bestandener Prüfungen	30	75,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	7	36,84
e) mittlerer Fehler zu hoch	4	21,05
f) Standardabweichung zu hoch	5	26,32
g) Verschleppung zu hoch	3	15,79
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,027	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,068	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,098	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,032	
Schwarte-Jansky - Ultrasampller (V6)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,022	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,013	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,082	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,007	

Schwarte-Jansky - Ultrasampler (V2000 plus)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	4	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	4	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,022	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,016	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,091	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,015	
Ebnersampler - Ebnersampler	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,034	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,013	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,090	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,005	
Schwarte-Jansky - Ebnersampler (Optimate)	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	2	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	0	0,00
Anzahl bestandener Prüfungen	2	100,00
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	0	0,00
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	0	0,00
e) mittlerer Fehler zu hoch	0	0,00
f) Standardabweichung zu hoch	0	0,00
g) Verschleppung zu hoch	0	0,00
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	-0,034	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,013	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,090	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,005	

Mitex III - Mitex III	Anzahl	%
Anzahl der gesamten Prüfungen	96	100,00
Anzahl nicht bestandener Prüfungen	12	12,50
Anzahl bestandener Prüfungen	84	87,50
Fehlerart		
a) Aufnahmproben-Abweichung zu klein	0	0,00
b) technischer Fehler	1	5,88
c) einseitige Probenabweichung	0	0,00
d) Probenabweichung zu hoch	9	52,94
e) mittlerer Fehler zu hoch	4	23,53
f) Standardabweichung zu hoch	1	5,88
g) Verschleppung zu hoch	2	11,76
Abweichungen		
durchschnittliche Differenz bei der Repräsentativitätsprüfung	0,004	
Standardabweichung der Differenzen bei der Repräsentativitätsprüfung	0,026	
durchschnittliche Differenz der Verschleppungsgeräteprobe zum Durchschnitt der Standardproben	-0,072	
Standardabweichung der Differenzen bei der Verschleppungsprobe	0,026	